

Pitanje br. 1

Molimo Vas za pojašnjenje za javnu nabavku medicinskih pomagala, broj JN 1/17, za partije 11 i 12.

Kako za partije 11 i 12 tehničkom specifikacijom zahtevate Igle za pen špric: IGLE NOVOFINE 0.25x6mm. i 0,3x8mm, kako ste planirali potrebe za pacijente kojima trebaju pomagala na teret RFZO-a a kojima su potrebne druge dimenzije insulinskih igala a što zavisi od težine pacijenta, debljine kože i.t.d. , odnosno za pacijente kojima su potrebne pen igle dimenzija 0.25x5mm i 0.33x12mm kao i 0.3x6 i 0.25x8 ?

Odgovor:

Za partije 11 i 12 tehničkom specifikacijom zahtevamo Igle za pen špric – IGLE NOVOFINE 0,25x6mm i 0,3x8mm jer proteklih deset godina ih naši pacijenti koriste i nisu imali prigovore, dok na SINFINE pen igle i pen Igle drugih Kineskih proizvođača imamo prigovore da Igle ne naležu dobro na penkala i da im curi insulin iz pena. Dužina igle je za milimetar duža od NOVOFINSKE te pritiska pen.

Našim osiguranicima želimo najbolje iako u ova ekonomski teška vremena za Apotekarske ustanove ekonomski najpovoljnija ponuda donosi i najveću dobit. Te zadovoljenje obaveznih i dodatnih uslova tehničke specifikacije uz ekonomski najpovoljniju ponudu odabira pomagala.

Na teritoriji Topličkog okruga nije bilo zahteva za pen iglama drugih dimenzija (endokrinolozi vrše propisivanje) te ih nismo ni uvrstili u obrazac tehničke specifikacije.

Komisija JN